CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

ACLARACION a la Séptima Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 2 de febrero de 2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

ACLARACION A LA SEPTIMA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; 4 fracción II y 21 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tiene a bien autorizar la publicación de la Aclaración a la séptima actualización del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 2 de febrero de 2001.

ACLARACION A LA SEPTIMA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO

En la página 48, Segunda Sección, dice:

NOMBRE GENERICO:	INCUBADORA DE TRASLADO
CLAVE: 531.497.0053	ESPECIALIDAD(ES): <i>Pediatría. Hospitalización. Cuidados Intensivos Neonatales.</i> SERVICIO(S): <i>Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.</i>
DEFINICION:	<i>Equipo portátil, rodable para proporcionar soporte de vida, durante la transportación de recién nacidos en estado crítico, en un ambiente adecuado de humedad, temperatura y oxigenación así como mínimo trauma relacionado con el movimiento.</i>
DESCRIPCION:	<i>Para recién nacidos. Cubierta transparente. Doble pared en al menos la parte frontal, posterior y techo del capacete. Tres portillos o más para tener acceso al paciente. Puerta frontal, puerta de acceso cefálico con colchón deslizable para maniobras de reanimación e intubación. Cuatro o más accesos para tubos al interior de la cámara. Con carro metálico rodable y plegable: con freno en dos ruedas como mínimo, mecanismo de amortiguación para su uso en ambulancias, lámpara de luz blanca que permita la observación de la coloración real del paciente. Sistema de humidificación con almohadilla removible. Sistema para circulación de aire, la circulación del aire debe de formar una cortina de aire en el acceso frontal del capacete. Soporte para dos tanques de oxígeno, tamaño "E". Que pueda operarse con batería recargable, cuya autonomía mínima sea de 3 horas. Con indicador del nivel de carga de la batería. Con conector para corriente continua de 12 a 28 V. Control electrónico. Con regulador de la temperatura de 22 a 38°C 1 grado. Con indicador de la potencia del calefactor en mínimo cuatro segmentos. Con indicadores de la fuente de alimentación eléctrica (batería y corriente alterna). Pantalla con despliegue digital de: temperatura del ambiente de la cámara, temperatura del paciente. Con alarmas audiovisuales para: temperatura alta del aire con corte de la energía en el calefactor cuando la temperatura del aire sobrepase los 38°C, falla en el sistema, falla de suministro de energía, falla en el flujo de aire, temperatura alta del elemento calefactor o termostato, batería baja. Con colchón ahulado y base resistente. Con poste para infusiones. Con sistema de compensación para variaciones del voltaje en la línea de corriente alterna. Con sistema de candado en el panel de control, para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Capacidad para funcionar en ambulancia y helicóptero.</i>
REFACCIONES:	<i>Según marca y modelo.</i>
ACCESORIOS:	<i>Ventilador pediátrico de presión y bomba de infusión integrada para microdosis. Tanques de oxígeno tamaño "E" con: regulador, flujómetro, manguera de interconexión adecuada.</i>
CONSUMIBLES:	<i>Filtro para aire y oxígeno. Sensor cutáneo para la temperatura, reusable. Mangas para los portillos de acceso. Parches para fijar sensor de temperatura. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.</i>
INSTALACION.	OPERACION. MANTENIMIENTO.

¡ E r r o r ! M a r c a d o r n o d e f i n i d o . ¡ E r r o r ! M a r c a d o r n o d e f i n i d o .	Corriente eléctrica 120V/60 Hz. Corriente eléctrica continua de 12 a 28V.	¡ E r r o r ! M a r c a d o r n o d e f i n i d o . ¡ E r r o r ! M a r c a d o r n o d e f i n i d o .	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	¡Error! Marcador no definido. ¡Error! Marcador no definido.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.
--	--	--	---	--	--

Debe decir:

NOMBRE GENERICO:	INCUBADORA DE TRASLADO
CLAVE: 531.497.0053	ESPECIALIDAD(ES): <i>Pediatría. Hospitalización. SERVICIO(S):</i> Urgencias, Unidad de Unidad de Cuidados Intensivos. <i>Cuidados Intensivos Neonatales.</i>
DEFINICION:	<i>Equipo portátil, rodable para proporcionar soporte de vida, durante la transportación de recién nacidos en estado crítico, en un ambiente adecuado de humedad, temperatura y oxigenación así como mínimo trauma relacionado con el movimiento.</i>

DESCRIPCION:

Para recién nacidos. Cubierta transparente. Doble pared en al menos la parte frontal, posterior y techo del capote. Tres portillos o más para tener acceso al paciente. Puerta frontal, puerta de acceso cefálico con colchón deslizable para maniobras de reanimación e intubación. Cuatro o más accesos para tubos al interior de la cámara. Con carro metálico rodable y plegable: con freno en dos ruedas como mínimo, mecanismo de amortiguación para su uso en ambulancias, lámpara de luz blanca que permita la observación de la coloración real del paciente. Sistema de humidificación con almohadilla removible. Sistema para circulación de aire, la circulación del aire debe de formar una cortina de aire en el acceso frontal del capote. Soporte para dos tanques de oxígeno, tamaño "E". Que pueda operarse con batería recargable, cuya autonomía mínima sea de 3 horas. Con indicador del nivel de carga de la batería. Con conector para corriente continua de 12 a 28 V. Control electrónico. Con regulador de la temperatura de 22 a 38°C $\pm$ 1° C. Con indicador de la potencia del calefactor en mínimo cuatro segmentos. Con indicadores de la fuente de alimentación eléctrica (batería y corriente alterna). Pantalla con despliegue digital de: temperatura del ambiente de la cámara, temperatura del paciente. Con alarmas audiovisuales para: temperatura alta del aire con corte de la energía en el calefactor cuando la temperatura del aire sobrepase los 38°C, falla en el sistema, falla de suministro de energía, falla en el flujo de aire, temperatura alta del elemento calefactor o termostato, batería baja. Con colchón ahulado y base resistente. Con poste para infusiones. Con sistema de compensación para variaciones del voltaje en la línea de corriente alterna. Con sistema de candado en el panel de control, para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Capacidad para funcionar en ambulancia y helicóptero.

REFACCIONES:

Según marca y modelo.

ACCESORIOS:

Ventilador pediátrico de presión y bomba de infusión integrada para microdosis. Tanques de oxígeno tamaño "E" con: regulador, flujómetro, manguera de interconexión adecuada.

CONSUMIBLES:

Filtro para aire y oxígeno. Sensor cutáneo para la temperatura, reusable. Mangas para los portillos de acceso. Parches para fijar sensor de temperatura. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.

INSTALACION.**OPERACION.****MANTENIMIENTO.**

i	Corriente eléctrica 120V/60 Hz.	i	Por personal especializado y de	i	Preventivo.
E	Corriente eléctrica continua de 12	E	acuerdo al manual de operación.	E	Correctivo por personal calificado.
r	a 28V.	r		r	
r		r		r	
o		o		o	
r		r		r	
!		!		!	
M		M		M	
a		a		a	
r		r		r	
c		c		c	
a		a		a	
d		d		d	
o		o		o	
r		r		r	
n		n		n	
o		o		o	
d		d		d	
e		e		e	
f		f		f	
i		i		i	
n		n		n	
i		i		i	
d		d		d	
o		o		o	
.		.		.	
i		i		i	
E		E		E	
r		r		r	
r		r		r	
o		o		o	
r		r		r	
!		!		!	
M		M		M	
a		a		a	
r		r		r	
c		c		c	
a		a		a	
d		d		d	
o		o		o	
r		r		r	
n		n		n	
o		o		o	
d		d		d	
e		e		e	
f		f		f	
i		i		i	
n		n		n	
i		i		i	
d		d		d	
o		o		o	
.		.		.	

La presente Aclaración entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 24 de octubre de 2002.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud: la Presidenta de la Comisión, **Mercedes Juan**.- Rúbrica.- El Representante de la SSA, **Ernesto Enríquez Rubio**.- Rúbrica.- El Representante Titular del IMSS, **Onofre Muñoz Hernández**.- Rúbrica.- La Representante Titular del ISSSTE, **Elsa Carolina Rojas**.- Rúbrica.- El Representante Titular del DIF, **Carlos Pérez López**.- Rúbrica.- El Representante Titular de la SDN, **Norberto Manuel Heredia Jarero**.- Rúbrica.

ACLARACION a la Decimoprimer Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 16 de octubre de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

ACLARACION A LA DECIMOPRIMERA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; 4 fracción II y 21 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tiene a bien autorizar la publicación de la Aclaración a la decimoprimer actualización del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 16 de octubre de 2002.

ACLARACION A LA DECIMOPRIMERA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO

En la página 90, dice:

NOMBRE GENERICO:	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO	
CLAVE: <u>531.572.0465</u>	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	SERVICIO(S): Hospitalización. Urgencias y Recuperación
DEFINICION:	Equipo tipo gabinete fijo para el lavado y desinfección de cómodos y orinales.	
DESCRIPCION:	Lavador desinfectador de vapor directo. Con descarga al drenaje. Con carcasa y trampa, en fundición de aluminio, esmaltado al horno de alta resistencia. Entrada de agua para lavar en forma automática. Entrada de vapor para desinfectar en forma automática. Panel eléctrico de selección de ciclos de operación predeterminados.	
REFACCIONES:	Según marca y modelo.	
CONSUMIBLES:	Detergente en polvo o jabón líquido.	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Corriente eléctrica 120V/60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo.
* Hidrosanitaria.		* Correctivo por personal calificado.
* Entrada de vapor.		

Debe decir:

NOMBRE GENERICO:	LAVADOR Y DESINFECTOR DE COMODOS	
CLAVE: <u>531.572.0465</u>	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	SERVICIO(S): Hospitalización. Recuperación. Urgencias. Unidad de Cuidados Intensivos.
DEFINICION:	Equipo tipo gabinete fijo, para el lavado y desinfección automática de cómodos, orinales, palanganas, charolas y botellas de aspiración.	
DESCRIPCION:	Lavador desinfectador de vapor autogenerado. Descarga al drenaje. Gabinete o mueble de acero inoxidable. Medidas del equipo: profundidad 600 mm ± 10%, altura 900 mm ± 10%, ancho 600-900 mm. Controlado por microprocesador. Panel de control: selección de mínimo dos programas de operación predeterminadas, indicación digital de la temperatura de funcionamiento. Alarmas: falta de suministro de agua, falta de detergente, puerta abierta. Sistema de bloqueo de la puerta que impide su apertura durante el proceso de lavado y desinfección. Temperatura de trabajo de 85° C como mínimo. Cámara de lavado y accesorios en acero inoxidable. Generador de vapor incorporado. Sistema para dosificación automática de detergente. Bomba de presión.	
REFACCIONES:	Según marca y modelo.	
ACCESORIOS:	Accesorio para botellas de aspiración de varios tamaños que incluya americano y europeo. Accesorio para cómodo, orinales y palanganas.	

CONSUMIBLES:

Detergente en polvo o jabón líquido. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.

INSTALACION.

- * Corriente eléctrica 120V/60 Hz.
- * Toma de agua fría y caliente.
- * Desagüe al drenaje.

OPERACION.

- * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO.

- * Preventivo.
- * Correctivo por personal calificado.

La presente Aclaración entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, México, D.F., a 17 de octubre de 2002.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud: la Presidenta de la Comisión, **Mercedes Juan**.- Rúbrica.- El Representante de la SSA, **Ernesto Enríquez Rubio**.- Rúbrica.- El Representante Titular del IMSS, **Onofre Muñoz Hernández**.- Rúbrica.-

La Representante Titular del ISSSTE, **Elsa Carolina Rojas**.- Rúbrica.- El Representante Titular del DIF, **Carlos Pérez López**.- Rúbrica.- El Representante Titular de la SDN, **Norberto Manuel Heredia Jarero**.- Rúbrica.