CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

DECIMOPRIMERA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

DECIMOPRIMERA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; tercero fracción IV, Cuarto, Quinto y Sexto del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; 4 fracción II y 21 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

CONSIDERANDO

Que el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico cuenta actualmente con nueve actualizaciones y su finalidad consiste en tener al día los equipos médicos indispensables para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que con la finalidad de actualizar el instrumental y equipo médico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud, la presente actualización incorpora el instrumental y equipo médico que representa mayor especificidad y seguridad, y modifica aquellos que el avance en el conocimiento y desarrollo tecnológico han sido superados.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente Decimoprimer Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

NOMBRE GENERICO:	ESTERILIZADOR DE VAPOR TIPO GABINETE, CON ELIMINACION FORZOSA DE AIRE Y CAMARA EXTRAIBLE
-------------------------	---

CLAVE: 531.385.1155 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Central de equipos y esterilización, Consulta externa, Quirófanos cirugía maxilofacial, Oftalmología, Odontología, Ginecología y obstetricia y Endoscopia.

DEFINICION: Equipo semiportátil para esterilizar por medio de vapor autogenerado, con eliminación forzosa de aire por inyección de vapor y cámaras extraíbles.

DESCRIPCION: Esterilizador de vapor para sobremesa o tipo gabinete, con cámara de esterilización en forma de cassette extraíble. Controlado por microprocesador, para control automático de todo el proceso de esterilización. Con sistemas de seguridad, indicadores de proceso y fin de ciclo. Control digital del proceso. Incluye cuando menos 3 diferentes ciclos de esterilización y un proceso de secado por aire. Temperatura de vapor de acuerdo al ciclo de esterilización de 121°C o 138°C. Capacidades de las cámaras: 1.7 a 2 litros o 4.9 a 5.2 litros 4.9 a 5.5 litros, según el servicio a que se destinen.

ACCESORIOS: Cassettes completos medidas de acuerdo a modelo del esterilizador, impresora térmica de 20 caracteres por línea.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

CONSUMIBLES: Agua destilada de menos de 5 ppm de sólidos disueltos, filtro biológico de aire, filtro del compresor de aire, sello, lubricante, aerosol para tensión superficial y tiras para pruebas de esterilización (134°C/3.5 min).

INSTALACION

OPERACION

MANTENIMIENTO

INSTALACION

* No requiere

OPERACION

* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO* Preventivo.
* Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	MARCO COLGADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA DE 25.4 x 30.48 cm (10 x 12")
-------------------------	--

CLAVE: 531.610.0113**ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas.**SERVICIO(S):** Imagenología**DEFINICION:**

Equipo para sostener y manipular la película radiográfica

DESCRIPCION:

De acero inoxidable, con clips para sostener la película radiográfica de tamaño 25.4 x 30.48 cm (10 x 12").

REFACCIONES:

Según marca y modelo.

ACCESORIOS:

No requiere.

CONSUMIBLES:

No requiere.

INSTALACION

* No requiere

OPERACION

* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO* Preventivo.
* Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	MARCO COLGADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA DE 35.56 x 35.56 cm (14 x 14")
-------------------------	---

CLAVE: 531.610.0121**ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas.**SERVICIO(S):** Imagenología**DEFINICION:**

Equipo para sostener y manipular la película radiográfica

DESCRIPCION:

De acero inoxidable, con clips para sostener la película radiográfica de tamaño 35.56 x 35.56 cm (14 x 14 ").

REFACCIONES:

Según marca y modelo.

ACCESORIOS:

No requiere.

CONSUMIBLES:

No requiere.

INSTALACION

* No requiere

OPERACION

* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO* Preventivo.
* Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	MARCO COLGADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA DE 35.56 x 43.18 cm (14 x 17")
-------------------------	---

CLAVE: 531.610.0139**ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas.**SERVICIO(S):** Imagenología**DEFINICION:**

Equipo para sostener y manipular la película radiográfica

DESCRIPCION:

De acero inoxidable, con clips para sostener la película radiográfica de tamaño 35.56 x 43.18 cm (14 x 17").

REFACCIONES:

Según marca y modelo.

ACCESORIOS: No requiere.
CONSUMIBLES: No requiere.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* No requiere	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo. * Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO: ESTADIMETRO PEDIATRICO

CLAVE: 531.614.0424 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas **SERVICIO(S):** Tococirugía, Pediatría, Medicina preventiva, Medicina familiar.

DEFINICION: Equipo para la medición precisa de la longitud de niños menores de 2 años.
DESCRIPCION: Colchoneta portátil, hipoalérgica, flexible, con dispositivo para colgar. Con tope fijo para la cabeza y tope móvil para los pies. Rango de medición de al menos 100 a 990 milímetros, con divisiones de 5 milímetros, con escala numérica impresa a ambos lados de la colchoneta anotado en centímetros y milímetros.
REFACCIONES: No requiere.
CONSUMIBLES: No requiere.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* No requiere.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo. * Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO: SECADOR ELECTRICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS MONTADAS EN MARCO COLGADOR

CLAVE: 531.805.0019 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Imagenología

DEFINICION: Equipo fijo que seca placas radiográficas montadas en marco colgador.
DESCRIPCION: Con capacidad para 15 marcos colgadores de película radiográfica de hasta 35.56 x 43.18 cm (14 x 17"). De acero inoxidable en interiores y exteriores. Secado por circulación de aire. Con control del tiempo de secado y termostato para el control de temperatura.
REFACCIONES: Según marca y modelo.
ACCESORIOS: No requiere.
CONSUMIBLES: No requiere.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Corriente alterna 120 Volts, 60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo. * Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	ANALIZADOR DE GASES, PH, ELECTROLITOS, CO-OXIMETRIA, GLUCOSA Y LACTATO.
-------------------------	--

CLAVE: 533.036.0750 **ESPECIALIDAD(ES):** Cirugía **SERVICIO(S):** Quirófano, Unidad de Cardiovascular, Neumología, Pediatría, Cuidados Intensivos, Urgencias, Terapia Neonatología, Transplantes Respiratoria.

DEFINICION: Equipo computarizado para análisis de gases, electrolitos, CO-Oximetría y metabolitos in vitro.

DESCRIPCION: Analizador automático de gases, electrolitos en sangre, Hct, CO-Oximetría y metabolitos, para la determinación de pO2, pCO2, pH, Hct, Na, K, Ca, Glu, Lac, THb, OHb, COHB, Methb, RHb, SO2, O2ct, O2Cap, HCO3, TCO2 (estatus del Oxígeno presente en la sangre), BEb, BEecf, con corrector de temperatura, volumen de muestra de 80 a 270 microlitros. El tiempo de respuesta deberá ser menor a 2 minutos para todos los parámetros, y aceptar muestras en jeringa y capilar sin adaptadores, con electrodos libres de mantenimiento, ampolletas para monitorear los valores acidosis, alcalosis y normal, que validan los resultados. Incluirá tuberías y electrodos, sensor para monitoreo del bote de desecho y soluciones o reactivos para su funcionamiento. Resultados en pantalla e impresos, pantalla de video para recuperar información de los pacientes, archivo de datos para guardar más de 6000 reportes de pacientes y un año de control de calidad, con gráficas de Levey-Jennings en tres niveles programa de autodiagnóstico de fallas. Salidas RS232 para conexión a computadora externa y otros, alimentación eléctrica 120 V, 60 Hz.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

ACCESORIOS: Cilindros de gas tipo E, reguladores, tuberías y electrodos.

CONSUMIBLES: Ampolletas para verificación de valores alcalosis, acidosis y normal, para validar los resultados, soluciones de calibración, soluciones de lavado, depósito para desecho, papel impresor térmico.

INSTALACION

* Corriente eléctrica 120V, 60 Hz.

OPERACION

* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO

* Preventivo.
* Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	CONGELADOR HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTES
-------------------------	--

CLAVE: 533.255.0218 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas **SERVICIO(S):** Medicina Preventiva

DEFINICION: Contenedor de material a temperatura de congelación para la guarda de congelantes para los termos.

DESCRIPCION: Fabricado con material tropicalizado. Capacidad de 5 pies cúbicos. Puerta metálica tipo cofre, con sellado hermético, cerradura y llave. Capaz de mantener un rango de temperatura entre -15 y -20°C. Con control de temperatura, canastilla removible, ahorrador de energía y tapón de drenado.

ACCESORIOS: Regulador No-Brake. Grado médico de capacidad de al menos 1 hora de respaldo.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

CONSUMIBLES: Hojas para registro.

INSTALACION

* Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

OPERACION

* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO* Preventivo.
* Correctivo por personal calificado.**NOMBRE GENERICO: REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 10 PIES CUBICOS****CLAVE:** 533.786.0034**ESPECIALIDAD(ES):** Médicas**SERVICIO(S):** Medicina Preventiva**DEFINICION:**

Contenedor de material a temperatura de refrigeración para la guarda de vacunas.

DESCRIPCION:

De una sola puerta, con sellado hermético, congelador en el mismo cuerpo en la parte superior. La puerta en su parte interna debe ser completamente lisa, no debe tener molduras, anaqueles, ni retenes (liner completamente liso), regatones de acero inoxidable, cerradura de seguridad de una o dos llaves; compresor, condensador y evaporador. Capaz de mantener temperatura interna de +2 a +8 grados centígrados, funcionando en regiones cuya temperatura ambiental sea hasta de +42 grados centígrados. Contar con dispositivo para control de temperatura, paro-arranque automático, iluminación interior y tornillos niveladores para superficies irregulares. Deshielo automático. Graficador externo de temperatura de 7 días con rango de -35°C a +15°C. Con cuatro parrillas de acero inoxidable y cuatro charolas perforadas montadas independientemente. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada, paneles de exteriores de acero inoxidable tipo 304, paneles interiores de acero inoxidable tipo 304. Alarma visual y audible que se dispare ante la falla en el suministro eléctrico y para temperaturas mayores o menores a las programadas, indicador de batería baja.

ACCESORIOS:

Regulador No-Brake. Grado médico de capacidad de al menos 1 hora de respaldo.

REFACCIONES:

Según marca y modelo.

CONSUMIBLES:

Hojas para registro y plumillas.

INSTALACION

* Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

OPERACION

* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO* Preventivo.
* Correctivo por personal calificado.**NOMBRE GENERICO: REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CUBICOS****CLAVE:** 533.786.0042**ESPECIALIDAD(ES):** Médicas.**SERVICIO(S):** Medicina Preventiva**DEFINICION:**

Contenedor de material a temperatura de refrigeración para la guarda de vacunas.

DESCRIPCION: De una sola puerta, con sellado hermético, congelador en el mismo cuerpo en la parte superior. La puerta en su parte interna debe ser completamente lisa, no debe tener molduras, anaqueles, ni retenes (liner completamente liso), regatones de acero inoxidable, cerradura de seguridad de una o dos llaves; compresor, condensador y evaporador. Capaz de mantener la temperatura interna de +2 a +8 grados centígrados, funcionando en regiones cuya temperatura ambiental sea hasta de +42 grados centígrados. Contar con dispositivo para control de temperatura, paro-arranque automático, iluminación interior y tornillos niveladores para superficies irregulares. Deshielo automático. Graficador externo de temperatura de 7 días con rango de -35°C a +15°C. Con cuatro parrillas de acero inoxidable y cuatro charolas perforadas montadas independientemente. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada, paneles de exteriores de acero inoxidable tipo 304, paneles interiores de acero inoxidable tipo 304. Alarma visual y audible que se dispare ante la falla en el suministro eléctrico y para temperaturas mayores o menores a las programadas, indicador de batería baja.

ACCESORIOS: Regulador No-Brake. Grado médico de capacidad de al menos 1 hora de respaldo.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

CONSUMIBLES: Hojas para registro y plumillas.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Corriente eléctrica 120V/60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo. * Correctivo por personal calificado.

MODIFICACIONES

NOMBRE GENERICO:	ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA
-------------------------	--

CLAVE: 531.005.0017 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Radioterapia.

DEFINICION: Equipo de teleterapia de alto rendimiento, para tratamiento del cáncer por radiación externa en lesiones tanto superficiales como profundas e irradiación a cuerpo entero.

DESCRIPCION: Acelerador lineal de doble energía para tratamientos de radioterapia, para terapia con Rayos X y electrones con energías de fotones de un rango de 6 a 18 MV o mayor, amplificador de potencia Klystron o Magnetron, guía de onda estacionaria o guía de onda viajera. Energías de fotones de un rango de 6 a 18 MV o mayor con tasa de dosis de 300 unidades monitor/minuto o mayor al isocentro. Cinco energías de electrones o más, desde 4 MeV, la mayor de 15 MeV. Todas las energías con tasa de dosis ajustable de 200 a 900 unidades monitor o mayor al isocentro. Alta tasa de dosis con electrones con energía de 6 MeV, para tratamientos de cuerpo total. Terapia de arco con fotones desde 0.5 hasta 10 unidades monitor/grado o más. Sistema de dosimetría con cámaras de ionización selladas independientes de variaciones de presión y temperatura o abiertas. Gantry con: rotación de ± 180 grados o más, distancia-blanco isocentro de 100 cm. Colimador con: rotación de ± 135 grados o mayor, tamaño de campo para fotones variable desde 0.5 x 0.5 cm o menos hasta 40 x 40 cm o más al isocentro, colimadores asimétricos superiores con sobrerrecorrido desde el centro de 10 cm y asimétricos inferiores con sobrerrecorrido desde el centro de 2 cm, cuña dinámica o virtual. Mesa de tratamientos: cubierta de fibra de carbón, altura variable de 65 cm o menos a 170 cm o más, desplazamiento longitudinal de la cubierta: 100 cm o más, desplazamiento lateral de la cubierta: ± 25 cm o más, rotación de la mesa respecto al isocentro: ± 90°, paneles de soporte posterior de espina central, paneles tipo raqueta para la cubierta, portachasis radiográfico de hasta 14 x 17 pulgadas, sujetadores para accesorios universales, soporte de brazo ortogonal o en forma de L. Con opción de conexión en red con el sistema computarizado de planeación de tratamiento y al simulador de tratamientos.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

ACCESORIOS: Charola porta-bloques. Distanciador mecánico y óptico. Aplicadores de electrones para campos circulares, cuadrados y rectangulares. Colimador multihojas de 80 hojas o más; el acelerador no debe dejar de funcionar cuando el colimador multihojas no funcione por falla o cualquier otra causa. Sistema electrónico de imágenes portales. Monitor de exhibición de parámetros de tratamiento dentro de la sala del acelerador. Enfriador de agua específicamente diseñado para el acelerador lineal con recirculación de agua y control de temperatura por microprocesador. Módem para diagnóstico remoto. Juego de láseres de centrado (2 de pared, uno de techo, uno sagital) y puntero posterior láser. Circuito cerrado de televisión para observación de paciente en tratamiento con 2 cámaras de televisión y un monitor. Sistema de intercomunicación con el paciente. Cortador de protecciones con máquina de fundido. Con unidad de energía ininterrumpible UPS para todo el equipo, grado médico. Capacidad de respaldo de una hora. Equipo de dosimetría y sistema computarizado de planeación.

CONSUMIBLES: Poliestireno expandido de espesores de 7 cm, 9 cm y 12 cm. Material de bajo punto de fusión (60°C) sin cadmio para elaboración de protecciones de pacientes en tratamiento. Lámina de plomo de 0.5 mm y 1 mm de espesor. Hojas de termoplástico para fijación de pacientes (perforadas o sólidas) de: a) 45.7 cm x 55.8 cm x 3.2 mm de espesor; b) 45.7 cm x 55.8 cm x 2.4 mm de espesor; c) 61 cm x 91.4 cm x 3.2 mm de espesor; d) 61 cm x 91.4 cm x 2.4 mm de espesor. Gránulos de termoplástico para sistemas de fijación.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Corriente eléctrica: La que maneje la unidad médica y 60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo.
* Preinstalación.		* Correctivo por personal calificado.
Que ocupe un máximo de un metro cúbico para la instalación de la unidad UPS.		

NOMBRE GENERICO: ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERGIA
--

CLAVE: 531.005.0025 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas **SERVICIO(S):** Radioterapia

DEFINICION: Equipo de tratamiento con teleterapia con radiación de baja energía.

DESCRIPCION: Energía de fotones 4 MV o mayor y/o electrones con tasa de dosis de 230 unidades monitor/minuto o mayor al isocentro. Controlado por microprocesador. Distancia blanco - isocentro (DBI) de 100 cm. Guía de onda vertical (para gantry a 0 y 180°), sin deflexión de trayectoria (sin sistema "Bending") o guía de onda viajera con sistema de deflexión. Tamaño de campo a DBI de 0.5 x 0.5 cm o menos a 40 x 40 cm o más. Terapia de arco con fotones con dosis por grado de hasta 10 UM/grado o mayor. Rotación del gantry ± 180°. Rotación del colimador ± 90° o mayor. Cámaras de ionización selladas, independientes de variaciones de temperatura o presión o abiertas. Colimadores asimétricos superiores con sobre-recorrido desde el centro de 10 cm, asimétricos inferiores con sobre-recorrido desde el centro de 2 cm. Juego de cuñas de 15°, 30°, 45° y 60°. Charola porta-bloques. Distanciador óptico. Monitor a color de alta resolución dentro de la sala. Mesa de tratamientos: cubierta de fibra de carbón, altura variable de 65 a 165 cm o más, desplazamiento longitudinal de la cubierta de 100 cm o más, desplazamiento lateral de la cubierta: ± 25 cm o más, rotación de la mesa respecto al isocentro: ± 90° o más, paneles de soporte posterior, paneles tipo raqueta para la cubierta, portachasis radiográfico de hasta 14 x 17 pulgadas, sujetadores para accesorios universales, indexada para accesorios de inmovilización, soporte de brazo ortogonal o en forma de L.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

ACCESORIOS: Sistema de alineación con láser: dos de pared, uno de techo, uno sagital. Puntero posterior de láser. Circuito cerrado de televisión para observación del paciente, con dos cámaras. Sistema de intercomunicación con paciente. Enfriador con recirculación de agua, fabricado específicamente para el modelo del acelerador ofertado. Cortador de protecciones con máquina de fundido. Con unidad de energía ininterrumpible, UPS específicamente diseñado para **todo** el acelerador ofertado, grado médico. Capacidad de respaldo de una hora. **Equipo de dosimetría y sistema computarizado de planeación.**

CONSUMIBLES: Poliestireno expandido de espesores de 7, 9 y 12 cm. Material de bajo punto de fusión (60°C) **sin cadmio**, para elaboración de protecciones de pacientes en tratamiento. Lámina de plomo de 0.5 y 1 mm de espesor. Hojas de termoplástico para fijación de pacientes (perforadas o sólidas) de: a) 45.7 cm x 55.8 cm x 3.2 mm de espesor; b) 45.7 cm x 55.8 cm x 2.4 mm de espesor; c) 61 cm x 91.4 cm x 3.2 mm de espesor; d) 61 cm x 91.4 cm x 2.4 mm de **espesor. Gránulos** de termoplástico para sistemas de **fijación**.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Corriente eléctrica: La que maneje la unidad médica y 60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo.
* Preinstalación.		* Correctivo por personal calificado.
Que ocupe un máximo de un metro cúbico para la instalación de la unidad UPS.		

NOMBRE GENERICO: LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO

CLAVE: 531.572.0515 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Hospitalización. Urgencias y Recuperación.

DEFINICION: Equipo tipo gabinete fijo para el lavado y desinfección de cómodos y orinales.

DESCRIPCION: Lavador desinfectador de vapor directo. Con descarga al drenaje. Con carcaza y trampa, en fundición de aluminio, esmaltado al horno de alta resistencia. Entrada de agua para lavar en forma automática. Entrada de vapor para desinfectar en forma automática. Panel eléctrico de selección de ciclos de operación predeterminados.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

CONSUMIBLES: Detergente en polvo o jabón líquido.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Corriente eléctrica 120V/60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	* Preventivo.
* Hidrosanitaria.		* Correctivo por personal calificado.
* Entrada de vapor.		

NOMBRE GENERICO: LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO

CLAVE: 531.572.0465 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas **SERVICIO(S):** Hospitalización. Urgencias y Recuperación

DEFINICION: Equipo tipo gabinete fijo para el lavado y desinfección de cómodos y orinales.

DESCRIPCION: Lavador desinfectador de vapor directo. Con descarga al drenaje. Con carcasa y trampa, en fundición de aluminio, esmaltado al horno de alta resistencia. Entrada de agua para lavar en forma automática. Entrada de vapor para desinfectar en forma automática. Panel eléctrico de selección de ciclos de operación predeterminados.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

CONSUMIBLES: Detergente en polvo o jabón líquido.

INSTALACION

* Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

* Hidrosanitaria.

* Entrada de vapor.

OPERACION

* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO

* Preventivo.

* Correctivo por personal calificado.

CLAVE ANTERIOR	INSUMO	NUEVA CLAVE
Sin clave	Unidad de secado para equipo de inhaloterapia	<u>531.806.0042</u>
Sin clave	Cabezal de Mayfield	<u>531.152.0059</u>

Disposiciones transitorias

Primera.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Segunda.- Los interesados en la producción o adquisición de insumos, cuentan con un plazo de noventa días, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias; así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

México, D.F., a 3 de octubre de 2002.- Por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud: la Presidenta de la Comisión, **Mercedes Juan**.- Rúbrica.- El Representante de la SSA, **Ernesto Enríquez Rubio**.- Rúbrica.- El Representante Titular del IMSS, **Onofre Muñoz Hernández**.- Rúbrica.- La Representante Titular del ISSSTE, **Elsa Carolina Rojas**.- Rúbrica.- El Representante Titular del DIF, **Carlos Pérez López**.- Rúbrica.- El Representante Titular de la SDN, **Bernardo A. Bidart Ramos**.- Rúbrica.