

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

VIGESIMO Tercera Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II, y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico cuenta actualmente con veintidós actualizaciones y su finalidad consiste en tener al día el instrumental y los equipos médicos indispensables para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que con la finalidad de actualizar el instrumental y equipo médico, así como el material de osteosíntesis y el de endoprótesis de las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud, la presente Actualización incorpora el instrumental y equipo médico que representa mayor especificidad y seguridad, y modifica aquellos que el avance en el conocimiento y desarrollo tecnológico han sido superados.

Que la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución hará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Comisión, la presente Actualización estuvo colocada en la página de Internet del Consejo, e incorpora los comentarios que la Comisión consideró procedentes por parte de los interesados.

Que conforme al artículo 27 del Reglamento de la Comisión, las refacciones, accesorios y consumibles específicos para el funcionamiento de equipos médicos y de otros insumos incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo, podrán ser adquiridos por cada institución de acuerdo a sus necesidades, sin que para ello sea requisito estar incorporados al Cuadro Básico y Catálogo.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

VIGESIMO TERCERA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO

INCLUSIONES

EQUIPO

NOMBRE GENERICO:	SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA PACIENTES NEONATALES	
CLAVE: 531.500.0561	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	SERVICIO(S): Unidades de cuidados intensivos neonatales, cuneros. Recuperación.
DESCRIPCION:	Equipo de calentamiento para pacientes neonatales. Consta de los siguientes elementos: unidad de control térmico, controlada por microprocesador, temperatura seleccionable, indicador de temperatura con código de colores; alarma de exceso de temperatura, visualización de temperatura real y seleccionada. Placa Térmica, con sensores de temperatura, detector de nivel de agua y elementos calefactores, regulables y monitorizados independientemente; impermeable al agua; dimensiones y peso; superficie no conductora. Colchón de agua; dimensiones y peso. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	
ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Nidos de distintos tamaños, colchones de agua, placa térmica, tienda de campaña, cuna con Trendelemburg y Trendelemburg inverso, paredes abatibles y altura variable, cajoneras, tapa y repisa.	

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo:	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: solución antialgas.	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Alimentación eléctrica: 120 V/60 Hz.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Manuales y programas en español.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA PACIENTES	
CLAVE: 531.500.0579	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas	SERVICIO(S): Cirugía y Unidades de cuidados intensivos adultos y pediátricos. Recuperación.
DESCRIPCION:	Equipo de calentamiento para pacientes. consta de los siguientes elementos: unidad de control térmico, controlada por microprocesador, temperatura seleccionable, indicador de temperatura con código de colores; alarma de exceso de temperatura, visualización de temperatura real y seleccionada. Placas térmicas, calefactores según el tamaño del paciente, regulados y monitorizados independientemente; impermeables al agua. Colchonetas de gel. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	
ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: colchonetas de gel, kit de reparación para colchonetas de gel, placas térmicas.	
REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo:	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo:	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Alimentación eléctrica: 120 V/60 Hz.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Manuales y programas en español.	Preventivo. Correctivo por personal calificado

INCLUSIONES**INSTRUMENTAL****CANULA DE ASPIRACION SUCCION**

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.173.2552	Cánula Frazier o Ferguson, angulada a 75°, 6 Fr de diámetro, longitud total de 180 a 190 mm.	Quirúrgicas.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos
537.173.2560	Cánula Frazier o Ferguson, angulada a 75°, 8 Fr de diámetro, longitud total de 180 a 190 mm.	Quirúrgicas.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos

CIRUGIA DE CORAZON

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.716.1244	Portaligaduras o alma para torniquete Rumel o Rumel-Belmont, chico o pediátrico o de 1.5 mm. de diámetro x 150 a 200 mm. de longitud, con punta en forma de gancho	Cirugía Cardiovascular y Torácica	Sujetar sutura libre
537 702.7312	Pinza Fogarty, angulada, con protectores blandos intercambiables para las ramas, longitud de 290 a 295 mm.	Cirugía Cardiovascular y Torácica	Oclusión de estructuras vasculares profundas
537.716.1236	Porta agujas Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 220 a 230 mm.	Cirugía Cardiovascular, Cirugía General	Sujetar sutura

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.716.1236	Portagujas Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm.	Cirugía General, Cirugía Oncológica, Cirugía Ginecológica	Sujetar sutura
537.722.0024	Portaligaduras o alma para torniquete Rumel o Rumel-Belmont, grande o adulto o de 3.0 mm. de diámetro por 250 a 300 mm. de longitud, con punta en forma de gancho	Cardiovascular y Torácica	Sujetar sutura libre
537 790 0013	Riel para grapas de Mckenzie	Neurocirugía, Cardiovascular y Torácica, Cirugía General, Urología, Angiología	Contiene las grapas, permite el adecuado apoyo para sujetarlas, durante su colocación

CUCHILLOS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.272.0598	Cuchillo Listón, mango metálico, longitud útil o de corte de 200 a 220 mm.,	Cirugía General	Realizar corte de órganos y tejidos postmortem

DISECTORES

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.316.0588	Disector nasal modelo Roger, de doble extremo, longitud de 190 a 195 mm.	Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva	Disecar tejido nasal

ESCOFINAS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.355.0770	Escofina Lewis, nasal, estrías transversales finas, longitud de 180 a 190 mm.	Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva	Limar y moldear huesos durante diversos procedimientos quirúrgicos
537.355.0788	Escofina Lewis, nasal, estrías transversales gruesas, longitud de 180 a 190 mm.	Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva	Limar y moldear huesos durante diversos procedimientos quirúrgicos

ELEVADOR DE PERIOSTIO

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.327.3043	Elevador de Konig o Koenig, ancho de la hoja de 4.5 a 5 mm, longitud de 150 a 155 mm.	Otorrinolaringología. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología.	Desperiostizar durante procedimientos quirúrgicos.

ESPATULAS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.370.1043	Espátula cerebral Cushing, maleable, de doble extremo con copas de 15/18 y longitud total de 180 mm.	Neurocirugía, cirugía plástica y reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología.	Separar, disecar en procedimientos neuroquirúrgicos.

HALO CERVICAL

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.460.0046	Compás de Crutchfiel, chico	Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología	Aplicar tracción a columna cervical
537.460.0053	Compás de Crutchfiel, mediano	Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología	Aplicar tracción a columna cervical

HISTEROMETROS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.462.0010	Histerómetro Sims, maleable, con graduación en cms., longitud de 320 a 330 mm.	Ginecología, Oncología	Medir cavidad uterina

LARINGOSCOPIOS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
531.568.0941	Laringoscopio Holinger, tamaño lactante de 90 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas
531.568.0958	Laringoscopio Holinger, tamaño pediátrico de 120 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas
531.568.0925	Laringoscopio Holinger, tamaño adulto estándar de 170 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas
531.568.0933	Laringoscopio Holinger, tamaño adulto grande de 180 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas
531.568.0982	Laringoscopio Jakson, tamaño lactante, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas
531.568.0990	Laringoscopio Jakson, tamaño pediátrico, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas
531.568.0966	Laringoscopio Jakson, tamaño adolescente, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas
531.568.0974	Laringoscopio Jakson, tamaño adulto, con dispositivo para iluminación por fibra óptica	Otorrinolaringología	Visualizar estructuras laríngeas

LIMAS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
-------	------------------------------	------------------	-------------

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.583.0261	Lima Joseph, metálica, recta, con estrías cruzadas, longitud de 160 mm.	Plástica y Reconstructiva, Maxilofacial, Otorrinolaringología	Regularización de bordes óseos

NEUROMICROCIRUGIA

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.263.2249	Cucharilla Hardy de 5 mm. de diámetro, angulada a 45 grados hacia arriba, derecha, de 240 a 245 mm. de longitud.	Neurocirugía	Disecar y extraer tejido hipofisiario
537.263.2256	Cucharilla Hardy de 5 mm. de diámetro, angulada a 45 grados hacia arriba, izquierda, de 240 a 245 mm. de longitud.	Neurocirugía	Disecar y extraer tejido hipofisiario
537.370.1050	Espátula cerebral Davis, en forma de abatelengua, maleable, de 15 a 16 mm. de ancho X 180 mm. de longitud.	Neurocirugía	Separa y protege tejido cerebral
537.105.0377	Microbisturí o cuchillo Koos, punta aguda y curva hacia arriba, mango cilíndrico en forma de bayoneta, longitud de 180 a 190 mm.	Neurocirugía	Disecar tejidos en microcirugía
537.814.9040	Separador autoestático, Miskimon o similar con 7 X 7 garfios agudos, longitud de 220 mm.	Angiología Neurocirugía, Cardiovascular y Torácica	Ampliar campo quirúrgico

OFTALMOLOGIA

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.857.2209	Tijera Landolt, con curva fuerte, longitud de 120 a 125 mm.	Oftalmología.	Cortar nervio óptico
537.173.2578	Cánula Mc Intyre para cámara anterior, recta, punta roma y redonda, angulada, de 26 gauge, longitud 17 mm.	Oftalmología	Introducir aire o líquido intra ocular para formar la cámara anterior
537.702.7304	Pinza de disección Dressing fina para conjuntiva, curva, con serraciones, longitud de 90 a 100 mm.	Oftalmología	Sujetar y disecar tejido delicado en estructuras oftalmológicas
537.716.1210	Porta agujas Castroviejo, sin retén, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 130 a 140 mm.	Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Maxilofacial, Angiología, Cardiovascular y Torácica	Suturar en microcirugía
537.716.1202	Microportagujas Barraquer, curvo, sin retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 140 mm.	Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Maxilofacial, Angiología, Cardiovascular y Torácica	Suturar en microcirugía
537.857.2233	Tijera Vannas, recta, longitud 80 a 90 mm.	Oftalmología	Corte fino de iris y córnea
537.702.7262	Pinza Castroviejo para suturar, con 1 x 2 dientes de 0.5 a 0.6 mm, con plataforma, longitud de 100 a 105 mm	Oftalmología.	Suturar en microcirugía
537.440.1478	Gancho Jameson, 12.5 cm de longitud.	Oftalmología.	Traccionar músculos oculares para corrección de estrabismo.

ORTOPEDIA

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.857.2183	Pinza Schlesinger para disco intervertebral, mordida recta de 2 x 10, de 150 a 160 mm.	Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología	Resecar disco intervertebral

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.857.2191	Pinza Schlesinger para disco intervertebral, mordida recta de 4 x 10, de 150 a 160 mm.	Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología	Resecar disco intervertebral
537.814.9073	Separador Smille para menisco, hoja de 32 X 19 mm., longitud de 140 a 145 mm.	Ortopedia y Traumatología	Mantener separados los meniscos en cirugía de rodilla
537.814.9032	Separador Adson, no articulado, con cremallera, de 6 x 6 dientes agudos, longitud de 200 a 210 mm.	Neurocirugía, Angiología, Ortopedia y Traumatología	Ampliar campo quirúrgico
537.836.9093	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. de longitud.	Cirugía General, Angiología, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia	Corte de tejido óseo
537.836.9101	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm. de longitud.	Cirugía General, Angiología, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia	Corte de tejido óseo
537.814.9057	Separador Blount para menisco, longitud de 170 a 180 mm., juego de dos	Ortopedia y Traumatología	Mantener separados los meniscos en cirugía de rodilla

OSTEOTOMOS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.673.1799	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ancho x 160 mm. de longitud	Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología	Realizar osteotomía fina
537.673.1807	Osteotomo Fomon de 4 mm. de ancho x 170 mm. de longitud	Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología	Realizar osteotomía fina
537.673.1831	Osteotomo Alexander, recto plano, hoja de 4 mm de ancho, 160 a 180 mm de longitud.	Otorrinolaringología. Cirugía plástica y reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología.	efectuar osteotomía durante la cirugía
537.673.1781	Osteotomo Alexander, recto plano, hoja de 6 mm de ancho, 160 a 180 mm de longitud.	Otorrinolaringología. Cirugía plástica y reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología.	efectuar osteotomía durante la cirugía

OTOSCOPIOS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.375.0552	Otoscopio o espéculo auricular, pavonado o negro, modelo Hartman, juego de 4 piezas de 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 mm. de diámetro.	Otorrinolaringología, Médicas y Quirúrgicas	Visualizar estructuras del oído medio

PERIOTOTOMOS

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.673.1815	Periostotomo con mango de madera, vástago curvo, corte recto, ancho de hoja 3 mm.	Ortopedia y Traumatología	Realizar osteotomía fina
537.673.1823	Periostotomo con mango de madera, vástago curvo, corte recto, ancho de hoja 6 mm.	Ortopedia y Traumatología	Realizar osteotomía fina

PINZA DE DISECCION

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.702.7171	Pinza de disección Singley o Singley Tuttle, recta, fenestrada, estrías transversales, longitud de 230 mm.	Cirugía General	Sujetar y disecar estructuras vasculares
537.702.7163	Pinza De Bakey, de disección, recta, punta de 3.5 mm. de ancho x 240 mm. de longitud.	Cardiovascular y Torácica, Cirugía Pediátrica, Angiología y Cirugía General.	sujeción y disección de estructuras vasculares profundas
537.702.7155	Pinza Bishop Harman o Bishop Harmon, con 1 x 2 dientes de 0.3 mm., longitud de 80 a 90 mm.	Cirugía Plástica y Reconstructiva. Oftalmología	Disecar y sujetar tejidos en cirugía especial (ptorigión)

PINZA DE HEMOSTASIA

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
535.702.0188	Pinza Baby-Adson, hemostática, curva, punta fina, estrías transversales, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.	Quirúrgicas	Hemostasia de diversas estructuras vasculares y tejidos

PINZA DE SUJECION Y TRACCION

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.702.7189	Pinza micro Adson, con 1 x 2 dientes, de 120 a 125 mm.	Cirugía Plástica y Reconstructiva.	Sujetar tejidos delicados

PINZA VASCULAR

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.702.7197	Pinza Bulldog De Bakey o De Bakey Diethrich, atraumática, recta, de 60 a 65 mm. de longitud, sin resorte.	Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General	Oclusión atraumática de estructuras vasculares
537.702.7205	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 100 a 105 mm. de longitud, sin resorte.	Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General	Oclusión atraumática de estructuras vasculares
537.702.7213	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 70 a 75 mm. de longitud, sin resorte.	Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General	Oclusión atraumática de estructuras vasculares
537.702.7288	Pinza clamp Reynolds, angulada a 50°, quijada grande, longitud total de 170 a 180 mm.	Angiología, Cardiovascular y Torácica	Ocluir estructuras vasculares
537.702.7221	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 80 a 85 mm. de longitud, sin resorte.	Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General	Oclusión atraumática de estructuras vasculares
537.702.7247	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 70 a 75 mm. de longitud, sin resorte.	Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General	Oclusión atraumática de estructuras vasculares
537.702.7254	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 80 a 85 mm. de longitud, sin resorte.	Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General	Oclusión atraumática de estructuras vasculares

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.702.7239	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 100 a 105 mm. de longitud, sin resorte.	Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General	Oclusión atraumática de estructuras vasculares
537.702.7270	Pinza clamp Reynolds, angulada a 50°, quijada chica, longitud total de 170 a 180 mm.	Angiología, Cardiovascular y Torácica	Ocluir estructuras vasculares
537.702.7296	Pinza clamp Reynolds, angulada a 85°, quijada chica, longitud total de 150 a 160 mm.	Angiología, Cardiovascular y Torácica	Ocluir estructuras vasculares

PORTA AGUJAS DE USO GENERAL

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.716.1228	Porta agujas Halsey o Crille-Wood, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.	Cirugía General, Cirugía Ginecológica	Sujetar sutura

REGLA CON ESCALA MILIMETRICA

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.774.0260	Regla de acero inoxidable de 300 mm. de longitud, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas.	Médicas y Quirúrgicas	Realizar medición en diferentes procedimientos

SEPARADOR TORACICO

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.814.9065	Separador Davidson, valva de 70 x 50 mm.	Cirugía General, Cardiovascular y Torácica	Separar escápula en cirugía Torácica

SOPORTES

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.825.0186	Soporte Lewy, para montar y fijar laringoscopios Holinger y Jackson. Tamaños lactante, pediátrico y adulto, con sistema de apoyo sobre el pecho.	Otorrinolaringología	Soporta y fija el laringoscopio, durante el procedimiento quirúrgico

TIJERA ABDOMINAL

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.857.2217	Tijera Metzembbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	Médicas y Quirúrgicas	Corte y disección de tejidos finos

TIJERA PARA MATERIAL

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.857.2225	Tijera universal para vendajes de yeso, angulada, punta de botón, una hoja dentada y protección en los anillos, longitud de 180 a 190 mm.	Médicas y Quirúrgicas	Cortar vendajes de yeso

MATERIAL DE ENDOPROTESIS**INCLUSION**
SISTEMA DE PROTESIS DE DISCO INTERVERTEBRAL

CLAVE	DESCRIPCION
	Abordaje Anterior
	Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con sistema de fijación. Cervical.
060.748.7295	Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
060.748.7303	Base metálica paralela u oblicua. Inferior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Pieza
060.748.7311	Núcleo central de polietileno de ultra alta densidad, con o sin aro localizador. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
	Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con sistema de fijación. Lumbar.
060.748.7329	Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
060.748.7337	Base metálica paralela u oblicua. Inferior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
060.748.7345	Núcleo central de polietileno de ultra alta densidad, con o sin aro localizador. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Pieza.

EQUIPO**MODIFICACION**

NOMBRE GENERICO:	NEFROFIBROSCOPIO
CLAVE: 531.420.0089	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas SERVICIO(S): Urología, Quirófano. Endoscopia.
DESCRIPCION:	<u>Equipo flexible para la visualización de las vías urinarias altas, con fines diagnósticos y terapéuticos. Consta de los siguientes elementos: endoscopio de fibra óptica; ángulo visual, visión frontal; diámetro externo; angulación de la punta hacia arriba y hacia abajo; longitud de trabajo; canal de trabajo. Aguja de dilatación. Dilatadores telescópicos, sondas guías, rígida y flexible. Vaina metálica. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.</u>
REFACCIONES:	<u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo:</u>

ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: pinzas; extractor; generador para litotripsia; fuente de luz, con lámpara de repuesto; sistema digital de visualización; sistema digital de videograbación; carro móvil con frenos; brazo ajustable a la mesa de operación para sujeción de telescopios; Regulador de voltaje.	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: electrodos de corte y coagulación. Cepillo para limpieza de canal.	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Alimentación eléctrica 120 V/60 Hz.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Manuales y programas en español.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO	
CLAVE: 531.781.0207	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	SERVICIO(S): Urología, Quirófano.
DESCRIPCION:	Equipo utilizado para realizar tratamiento transuretral de próstata. Consta de los siguientes elementos: telescopios con angulación; diámetro; camisa-obturador de punta móvil con dos vías. Rotable. Asa con electrodos: Evacuador. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	
REFACCIONES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: lámpara.	
ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: fuente de luz, con lámpara de repuesto; sistema digital de visualización; sistema digital de videograbación; carro móvil con frenos; brazo ajustable a la mesa de operación para sujeción de telescopios; adaptador para camisas; rejillas y contenedores para traslado y esterilización. Estuche para guarda. Cables para electrodos. Dilatadores uretrales. Elementos de trabajo para las ópticas solicitadas.	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo:	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Alimentación eléctrica 120V/60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * Manuales y programas en español.	* Preventivo. * Correctivo por personal calificado

NOMBRE GENERICO:	URETEROSCOPIO.	
CLAVE: 531.927.0046	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	SERVICIO(S): Urología, Quirófano. Endoscopia.
DESCRIPCION:	Equipo rígido para la visualización de ureteros, con fines diagnósticos y terapéuticos. Consta de los siguientes elementos: endoscopio; ángulo visual; visión frontal; escalonado; longitud total; ocular móvil; conductor de luz de fibra óptica; canal de irrigación y canal de trabajo. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	
REFACCIONES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo:	
ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: fuente de luz, con lámpara de repuesto; sistema digital de visualización; sistema digital de videograbación; brazo ajustable a la mesa de operación para sujeción de telescopios. Regulador de voltaje	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo:	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Alimentación eléctrica 120 V/60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * Manuales y programas en español.	* Preventivo. * Correctivo por personal calificado.

**INSTRUMENTAL
MODIFICACIONES**

CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
535.157.0014	<u>Cánula Frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 8 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Quirúrgicas	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos
537.173.0317	<u>Cánula Frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, 7 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Quirúrgicas.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.
537.173.0465	<u>Cánula Frazier o Ferguson, angulada a de 30° a 45°, 10 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Oftalmología. Neurocirugía.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.
537.173.0481	<u>Cánula Frazier o Ferguson, recta, 12 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Oftalmología. Neurocirugía.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.
537.173.1299	<u>Cánula Frazier o Ferguson, recta, 9 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Quirúrgicas.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.
537.173.1307	<u>Cánula Frazier o Ferguson, recta, 11 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Quirúrgicas.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.
537.173.1349	<u>Cánula Frazier o Ferguson, recta, 7 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Quirúrgicas.	Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.
537.173.1638	<u>Cánula Frazier o Ferguson, recta, 8 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Cirugía Maxilofacial. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Otorrinolaringología.	Aspirar, succionar en cirugía nasal y de mastoides.
537.173.1646	<u>Cánula Frazier o Ferguson, recta, 10 Fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm.</u>	Cirugía Maxilofacial. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Otorrinolaringología.	Aspirar, succionar en cirugía nasal y de mastoides.
537.173.1653	<u>Cánula Frazier o Ferguson, angulada de 30° a 45°, de 12 Fr, con mandril y válvula de obturación digital</u>	Cirugía Maxilofacial. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Otorrinolaringología.	Aspirar, succionar en cirugía nasal y de mastoides.

PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.702.6876	<u>Pinza Kleinsasser o pinza para laringe tipo caimán o cocodrilo, estriada o aserrada, curva a la derecha, quijada de 1.5 x 8.5 mm., longitud del vástago de 230 a 240 mm.</u>	Otorrinolaringología	Sujetar y reseca en microcirugía de laringe
537.702.6884	<u>Pinza Kleinsasser o pinza para laringe tipo caimán o cocodrilo, estriada o aserrada, curva a la izquierda, quijada de 1.5 x 8.5 mm., longitud del vástago de 230 a 240 mm.</u>	Otorrinolaringología	Sujetar y reseca en microcirugía de laringe

537.702.6892	<u>Pinza Kleinsasser o pinza para laringe tipo caimán o cocodrilo, estriada o aserrada, recta, quijada de 1.5 x 10.0 mm., longitud del vástago de 230 a 240 mm.</u>	Otorrinolaringología	Sujetar y reseca en microcirugía de laringe
--------------	---	----------------------	---

PINZA PARA BIOPSIA

CLAVE	NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO	ESPECIALIDAD(ES)	FUNCION(ES)
537.702.2818	<u>Pinza Kleinsasser o micropinza laríngea, recta, quijada en forma de copa o cuchara redonda 2.0 a 2.5 mm. de diámetro, longitud del vástago de 230 a 240 mm.</u>	Otorrinolaringología	Tomar biopsia de laringe
537.702.2826	<u>Pinza Kleinsasser, curva hacia arriba, copa cortante redonda, de 2.0 mm de diámetro. Longitud de trabajo 230 mm.</u>	Otorrinolaringología	Tomar biopsia de laringe
537.702.2834	<u>Pinza Kleinsasser o micropinza laríngea, curva a la izquierda, quijada en forma de copa o cuchara redonda 2.0 a 2.5 mm. de diámetro, longitud del vástago de 230 a 240 mm.</u>	Otorrinolaringología	Tomar biopsia de laringe
537.702.2842	<u>Pinza Kleinsasser o micropinza laríngea, curva a la derecha, quijada en forma de copa o cuchara redonda de 2.0 a 2.5 mm. de diámetro, longitud del vástago de 230 a 240 mm.</u>	Otorrinolaringología	Tomar biopsia de laringe
537.702.5084	<u>Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas en forma de cucharilla redonda, curva hacia arriba, longitud 300 mm.</u>	Cirugía General, Otorrinolaringología	Realizar biopsia, apresar y extraer cuerpos extraños
537.703.2544	<u>Pinza Jackson, quijadas cóncavas alargadas, 4 cm de ancho, 28 cm de longitud.</u>	Cirugía General. Neumología. Otorrinolaringología. Endoscopia.	Tomar biopsia de laringe.

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

MODIFICACIONES

SISTEMA DE ALAMBRES

CLAVE	DESCRIPCION	
	Alambres para hueso, no roscado con punta de trocar, tipo Kirschner.	
	Diámetro:	Longitud:
060.046.1263	1.00 mm	<u>100 mm a 150 mm</u>
060.046.1271	1.20 mm	<u>100 mm a 150 mm</u>
060.046.1289	<u>1.50 mm a 1.60 mm</u>	<u>100 mm a 150 mm</u>
060.046.1297	<u>1.80 mm a 2.00 mm</u>	<u>100 mm a 150 mm</u>
060.046.1305	<u>2.20 mm a 2.50 mm</u>	<u>100 mm a 300 mm</u>
060.046.1321	<u>1.50 mm a 1.60 mm</u>	<u>280 mm a 300 mm</u>
060.046.1339	<u>1.80 mm a 2.00 mm</u>	<u>280 mm a 300 mm</u>
060.046.1347	2.50 mm	<u>280 mm a 450 mm</u>

CLAVE	DESCRIPCION
	Alambres para hueso, no roscado con punta de trocar, tipo Kirschner.
060.046.1354	3.00 mm 280 mm <u>a 450 mm</u>
060.046.1412	1.00 mm 280 mm <u>a 300 mm</u>
060.046.1420	1.20 mm 280 mm <u>a 300 mm</u>
	Pieza.

**SISTEMA DE FIJACION INTERNA PARA
COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O
ALEACION DE TITANIO**

CLAVE	DESCRIPCION
	Anillos de medio círculo, de acero inoxidable. Además, dimensiones intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.
	Diámetro interno de:
060.425.2130	<u>40 mm</u>
060.425.2148	50 mm
060.425.2155	70 mm
060.425.2163	80 mm
<u>060.425.2171</u>	<u>90 mm</u>
<u>060.425.2189</u>	<u>100 mm</u>
<u>060.425.2197</u>	110 mm
<u>060.425.2205</u>	<u>115 mm</u>
<u>060.425.2213</u>	<u>120 mm</u>
	Pieza.

**SISTEMA DE IMPLANTES PARA CIRUGIA
MAXILOFACIAL**

CLAVE	DESCRIPCION
	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro.
	Número de orificios:
060.722.0142	6
060.722.0159	7
060.725.9405	8
	Pieza.

SISTEMA DE PLACAS

CLAVE	DESCRIPCION
	Placas anguladas a <u>80 o 90 o 100</u> grados para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, dimensiones intermedias entre las especificadas.
	Desplazamiento: Longitud de la hoja:
060.725.1337	8 mm 35 mm
060.725.1345	8 mm 45 mm
060.725.1824	7 mm 25 mm
060.725.1832	7 mm 32 mm
060.725.1840	12 mm 25 mm
060.725.1865	12 mm 32 mm
	Pieza.

SUSTITUTO DE HUESO

CLAVE	DESCRIPCION
-------	-------------

060.730.0688	De Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico.
060.730.0696	Frasco con 0.5 g.
060.730.0704	Frasco con 1.0 g.
060.730.0712	Frasco con 3.0 g.
060.730.0712	Frasco con 5.0 g.
060.730.0597	<u>Jeringa con 0.86 g.</u>
	O presentación equivalente.
	Pieza.
	<u>El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.</u>
060.730.0787	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico.
060.730.0795	Frasco con 6.3 g. (10 cm ³)
060.730.0803	Frasco con 9.5 g. (15 cm ³)
060.730.0811	Frasco con 12.7 g. (20 cm ³)
060.730.0811	Frasco con 20.5 g. (30 cm ³)
	O presentación equivalente.
	Pieza.
	<u>El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.</u>

TORNILLOS

CLAVE	DESCRIPCION
	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro.
	Longitud:
060.899.0321	6 mm
060.899.0768	26 mm
060.899.0776	28 mm
060.899.0784	32 mm
060.899.2087	8 mm
060.899.2095	10 mm
060.899.2103	12 mm
060.899.2111	<u>14 mm</u>
060.899.2129	16 mm
060.899.2137	18 mm
060.899.2145	20 mm
060.899.2152	22 mm
060.899.2160	24 mm
060.899.8654	30 mm
	Pieza.

MATERIAL DE ENDOPROTESIS

MODIFICACIONES

SISTEMA PARA CADERA PARCIAL BIPOLAR NO CEMENTADA

CLAVE	DESCRIPCION
	Cabezas modulares de cromo-cobalto-molibdeno, cono 12/14, diámetro externo 22 mm.
	Cuellos <u>o medidas equivalentes.</u>
060.748.2544	Estándar.
060.748.2551	+ 0
060.748.2569	+ 5
060.748.2577	+ 10

	Pieza.
060.898.2260	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6.5 mm. <u>Además, dimensiones intermedias entre las especificadas.</u>
060.898.2278	Longitud:
060.898.2286	20 mm
060.898.2294	25 mm
060.898.2302	30 mm
	35 mm
	40 mm
	Pieza.
060.748.2585	Vástago femoral de titanio o cromo-cobalto-molibdeno, con recubrimiento metafisiario proximal de hidroxiapatita y/o polvo de titanio en forma de microestructura, con tamaño de los poros de 200 a 450 μ , superficie texturizada con o sin collar con cuello en cono 12/14. <u>Además, dimensiones intermedias entre las especificadas.</u>
060.748.2593	Diámetro del vástago:
060.748.2601	9.0 mm
060.748.2619	10.0 mm
060.748.2627	10.5 mm
060.748.2635	11.0 mm
060.748.2643	12.0 mm
060.748.2650	13.0 mm
060.748.2668	15.0 mm
	16.5 mm
	18.0 mm
	Pieza.

**SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE
CROMO-COBALTO. UNIVERSAL,
IGUAL IZQUIERDA QUE DERECHA, O ANATOMICA**

CLAVE	DESCRIPCION
	<u>Extensión para base tibial, de cromo cobalto secundarias y de rescate. Vástago central. Tamaño o su equivalente en mm.</u>
<u>060.748.0951</u>	<u>Extrapequeña o pequeña.</u>
<u>060.748.0969</u>	<u>Mediana.</u>
<u>060.748.0977</u>	<u>Grande o extragrande.</u>
	<u>Pieza.</u>

**SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA CEMENTADA,
DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO,
ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE
AL ALTO NITROGENO**

CLAVE	DESCRIPCION
	Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral.

	Acetábulos de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con alambres radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 28 mm, estéril.
	Diámetro externo:
060.748.0266	36 mm
060.748.0274	38 mm
060.748.0282	40 mm
060.748.0290	42 mm
060.748.0308	44 mm
060.748.0316	46 mm
060.748.0324	48 mm
060.748.0332	50 mm
<u>060.748.0340</u>	<u>52 mm</u>
<u>060.748.0357</u>	<u>54 mm</u>
060.748.0365	56 mm
060.748.0373	58 mm
060.748.0381	60 mm
060.748.0399	62 mm
060.748.0407	64 mm
	Pieza.

**SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA NO
CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO CON
O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR**

Clave	Descripción
	Componentes femorales no cementados.
	<u>Vástago recto, de titanio</u> forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérico diafisario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas.
	Ancho:
060.748.3351	8.5 mm
060.748.3369	10.0 mm
060.748.3377	11.5 mm
060.748.3385	13.0 mm
060.748.3393	14.5 mm
060.748.3401	16.0 mm
060.748.3419	17.5 mm
	Pieza.
	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio.
	<u>Longitud:</u>
060.747.5985	15 a 20.9 mm
060.747.5993	21 a 25.9 mm
060.747.6009	26 a 30.9 mm
060.747.6025	31 a 35.9 mm
060.747.6041	36 a 40.9 mm
060.747.6066	41 a 45.9 mm
060.747.6082	46 a 55 mm
	Pieza.

**SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA
PARA HEMIARTROPLASTIA**

Clave	Descripción
	Componentes femorales.
	Vástago curvo para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud.
	Diámetro de la cabeza:
060.746.7131	38 mm
060.746.7834	40 mm
060.746.7842	42 mm
060.746.7859	44 mm
060.746.7867	46 mm
060.746.7875	48 mm
060.746.7883	50 mm
060.746.7891	52 mm
<u>060.746.7909</u>	54 mm
	Pieza.

**SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA
PARA REVISION CEMENTADA O NO
CEMENTADA**

CLAVE	DESCRIPCION
	Cabezas intercambiables para prótesis. Compatibles con el cono femoral.
	Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm.
	<u>Tamaño:</u>
060.747.2115	Corto.
060.747.2123	Mediano.
060.747.2131	Largo.
060.748.3534	Extralargo.
060.748.3542	Ultralargo.
	Pieza.
	Cabezas intercambiables de cobalto cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalente en mm.
	<u>Tamaño:</u>
060.747.2149	Corto.
060.747.2156	Mediano.
060.747.2164	Largo.
060.748.3559	Extralargo.
060.748.3567	Ultralargo.
	Pieza.
	Cabeza de cerámica de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm.
	<u>Tamaño:</u>
060.747.5712	Corto.
060.747.5720	Mediano.
060.747.5738	Largo.
	Pieza.

CLAVE	DESCRIPCION
060.746.9848 060.746.9855 060.746.9863	Cabeza de cerámica de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. <u>Tamaño:</u> Corto. Mediano. Largo. Pieza.

SISTEMA PARA PROTESIS DE CADERA

CLAVE	DESCRIPCION
060.748.1710 060.748.1728 060.748.1736 060.748.1744 060.748.1751 060.748.1769 060.748.1777 060.748.1785 060.748.1793 060.748.1801	<u>Vástago femoral de Titanio o cromo-cobalto molibdeno, con recubrimiento metafisiario proximal, de hidroxiapatita y/o polvo de Titanio, en forma de microestructura, con tamaño de los poros de 200 a 450 µ, con superficie texturizada, con o sin collar, con cuello de cono 12/14.</u> Diámetro del vástago: Además, dimensiones intermedias entre las especificadas. 9.0 mm 10.0 mm 10.5 mm 11.0 mm 12.0 mm 13.0 mm 13.5 mm 15.0 mm 16.5 mm 18.0 mm Pieza.

EXCLUSION

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

SISTEMA DE GUIAS

CLAVE	DESCRIPCION
537.077.0124	Con fresa fija o intercambiable.
	Guía para clavo intramedular canulado para fémur. De acuerdo a marca y modelo del implante.
060.463.1663	Guía de 4 mm de diámetro, sin oliva, corta.

SUSTITUTO DE HUESO

Clave	Descripción
060.730.0589 060.730.0605 060.730.0613	De hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 0.5 g Frasco con 1.0 g Frasco con 3.0 g O presentación equivalente. Pieza.

060.730.0621	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 0.5 g.
060.730.0639	Frasco con 1.0 g.
060.730.0647	Frasco con 3.0 g. O dimensiones equivalentes.
060.730.0753	De hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor Ancho: Largo: 10 mm 20 mm 50 mm O presentación equivalente. Pieza.
060.730.0654	De hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 0.5 g
060.730.0662	Frasco con 1.0 g
060.730.0670	Frasco con 3.0 g O presentación equivalente. Pieza.
060.730.0829	De hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 9.5 g. (15 cm ³)
060.730.0837	Frasco con 20.5 g. (30 cm ³) O dimensiones equivalentes.

**EXCLUSION
MATERIAL DE ENDOPROTESIS**

**SISTEMA DE PROTESIS DE
CADERA CEMENTADA.**

Clave	Descripción
	Anillo de reforzamiento acetabular, atornillados, para Copas cementadas de acero inoxidable, titanio o cobalto Cromo. Diámetro externo de:
060.746.8246	50 mm
060.746.8253	54 mm
060.747.2438	58 mm
060.748.0019	36 mm
060.748.0027	38 mm
060.748.0035	40 mm
060.748.0043	42 mm
060.748.0050	44 mm
060.748.0068	46 mm
060.748.0076	48 mm
060.748.0092	52 mm
060.748.0118	56 mm
060.748.0134	60 mm.

**SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA
NO CEMENTADA**

Clave	Descripción
	Tornillos especiales para fijación de acetábulos no cementados y longitudes incluidas entre las especificadas. Longitud.
060.747.6033	38 mm a 41 mm.
060.747.6058	46 mm a 49 mm.
060.747.6074	54 mm a 57 mm.

**ACLARACION A LA VIGESIMO SEGUNDA ACTUALIZACION
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2005.**

Los insumos comprendidos desde el **BISTURI ULTRASONICO** (pág. 23), hasta la **UNIDAD DE ANESTESIA** (pág. 30), corresponden a **MODIFICACIONES** de equipo.

Disposiciones transitorias

Primera.- La presente Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Segunda.- Los interesados en la producción o adquisición de insumos, cuentan con un plazo de ciento veinte días, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias; así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el **Diario Oficial de la Federación** la Vigésimo Tercera Actualización del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico

México, D.F., a 13 de abril de 2005.- La Presidenta de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, **Mercedes Juan.-** Rúbrica.- El Representante Titular de la Secretaría de Salud: Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **Ernesto Enríquez Rubio.-** Rúbrica.- El Representante Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social: Director de Prestaciones Médicas, **Onofre Muñoz Hernández.-** Rúbrica.- El Representante Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Subdirector General Médico, **Manuel Urbina Fuentes.-** Rúbrica.- El Representante Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional: Director General de Sanidad, **Norberto Manuel Heredia Jarero.-** Rúbrica.- El Representante Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia: Subdirector General, **Carlos Pérez López.-** Rúbrica.