

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

NOTA Aclaratoria de la Tercera Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 12 de septiembre de 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

NOTA ACLARATORIA DE LA TERCERA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, PUBLICADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

DICE:

NOMBRE GENÉRICO: Sistema automatizado para diagnóstico molecular

CLAVE: 531.829.0771 **ESPECIALIDAD (ES):** Laboratorio Clínico. **SERVICIO (S):** Laboratorio.

DESCRIPCIÓN: Sistema automatizado para el diagnóstico, molecular. Automatizado completamente la lisis celular, la extracción de ácidos nucleicos, la configuración de PCR, la amplificación diana y la detección de distintos tipos de muestras.

El equipo está formado por los siguientes módulos:

Subsistema de control de temperatura /calor, cabezal de manipulación de líquidos, lectores para medir la reacción de amplificación e información de los resultados y un ordenador principal que contiene el software del equipo, responsable del control del instrumento, autocalibración, el análisis, el almacenamiento de datos y la interfaz de usuario.

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo; velo de protección individual. Gas hexafluoruro de azufre SF₆.

INSTALACIÓN.	OPERACIÓN.	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación..	* Preventivo. * De tipo correctivo.

DEBE DECIR:

NOMBRE GENÉRICO: Sistema automatizado para diagnóstico molecular

CLAVE: 531.829.0851 **ESPECIALIDAD (ES):** Laboratorio Clínico. **SERVICIO (S):** Laboratorio.

DESCRIPCIÓN: Sistema automatizado para el diagnóstico, molecular. Automatiza completamente la lisis celular, la extracción de ácidos nucleicos, la configuración de PCR, la amplificación diana y la detección de distintos tipos de muestras.

El equipo está formado por los siguientes módulos:

Subsistema de control de temperatura /calor, cabezal de manipulación de líquidos, lectores para medir la reacción de amplificación e información de los resultados y un ordenador principal que contiene el software del equipo, responsable del control del instrumento, autocalibración, el análisis, el almacenamiento de datos y la interfaz de usuario.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.	
ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo; velo de protección individual. Gas hexafloruro de azufre SF ₆ .	
INSTALACIÓN.	OPERACIÓN.	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación..	* Preventivo. * De tipo correctivo.

México, Ciudad de México, 20 de febrero de 2018.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Nota Aclaratoria de la Tercera Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 12 de septiembre de 2017.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, **Jesús Ancer Rodríguez**.- Rúbrica.

NOTA Aclaratoria de la Séptima Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 19 de diciembre de 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

NOTA ACLARATORIA DE LA SÉPTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, PUBLICADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2017.

DICE:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.166.4634	Catéter guía para angioplastia coronaria, con calibres de 6 a 8 Fr y lumen interno 0.070" y 0.081" respectivamente, de 100 cm a 110cm de largo. Tipo Asa Kimny Universal De diferentes curvas y tamaños	Cardiología Intervencionista.

DEBE DECIR:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.166.4634	Catéter guía para angioplastia coronaria, con calibres de 6 a 8 Fr y lumen interno 0.070" y 0.081" respectivamente, de 100 cm a 110cm de largo. Tipo Asa Radial Universal De diferentes curvas y tamaños	Cardiología Intervencionista.

México, Ciudad de México, 20 de febrero de 2018.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Nota Aclaratoria de la Séptima Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 19 de diciembre de 2017.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, **Jesús Ancer Rodríguez**.- Rúbrica.