

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

PRIMERA Actualización de la Edición 2020 del Libro de osteosíntesis y endoprótesis del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO, Secretario del Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos, 4, párrafo cuarto, 73, fracción XVI, bases 1ª y 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9 fracción III, 11, fracción IX y XVIII, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y

CONSIDERANDO

Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud;

Que conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, se estableció en los artículos 17, fracción V y 28 de la Ley General de Salud, que habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en el que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud;

Que para los efectos señalados en el párrafo precedente participarán en la elaboración del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud, las Instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal;

Que con fecha 30 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General emite el Compendio Nacional de Insumos para la Salud al que se refieren los artículos 17, fracción V y 28 de la Ley General de Salud, con la finalidad de tener al día la lista de insumos para la salud para que las instituciones de salud pública atiendan problemas de salud de la población mexicana;

Que en términos de la última parte del artículo 28, de la Ley General de Salud, se llevaron a cabo trabajos entre el Secretariado del Consejo de Salubridad General, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos, para analizar las actualizaciones convenientes al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, a efecto de considerar la inclusión de diversos insumos al libro de Osteosíntesis y Endoprótesis;

Que derivado de lo anterior, se determinó la procedencia de la actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en los términos siguientes:

PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2020 DEL LIBRO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD

INCLUSIONES

FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL

DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO
ALEACIÓN DE TITANIO Ti-6Al-7Nb (TAN) Y
TITANIO TiCp GRADO 4 CDR.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
060.722.0886	Tornillo tipo Schanz MIS (Sistema Mínimamente Invasivo) canulado, c/núcleo dual de 5.0 mm, 6.00 mm y 7.00 mm. Longitud de 35 mm a 50 mm. Pieza.	Para la reducción completa de fracturas vertebrales de manera mínimamente invasiva. Destinado a proporcionar una estabilización precisa y segmentaria de la columna vertebral en pacientes con madurez ósea.

GENÉRICO	CLAVE	DESCRIPCIÓN				ESPECIALIDAD O SERVICIO	FUNCIÓN
INJERTO VASCULAR		Injerto sintético compuesto de tubo de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) y cinta que proporciona esfuerzo radial con la superficie de heparina CBAS ligada a la superficie luminal del injerto. Las configuraciones pueden o no incluir anillos de etileno propileno fluorinado (FEP) o (ePTFE). Producto estéril por óxido de etileno. Todas las configuraciones con heparina CBAS ligada a la superficie luminal del injerto. Con pared estándar o pared fina. Presentaciones:				CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA Y CARDIOVASCULAR	Utilizado para la sustitución o derivación de vasos en el tratamiento de enfermedades oclusivas vasculares.
		Diámetro	Longitud Anillada	Longitud Total	Pared		
		060.506.3841	6	N/A	60	Pared estándar	
		060.506.3858	6	N/A	80	Pared estándar	
		060.506.3866	8	N/A	80	Pared estándar	
		060.506.3874	4-7	N/A	80	Pared estándar	
		060.506.3882	5	N/A	60	Pared estándar	
		060.506.3890	6	N/A	10	Pared estándar	
		060.506.3908	6	N/A	40	Pared estándar	
		060.506.3916	8	N/A	40	Pared estándar	
		060.506.3924	8	N/A	60	Pared estándar	
		060.506.3932	4-6	N/A	45	Pared estándar	
		060.506.3940	4-7	N/A	45	Pared estándar	
		060.506.3957	6	5	45	Pared estándar, anillo fijo	
		060.506.3965	5	70	90	Pared fina	
		060.506.3973	6	0	40	Pared fina	
		060.506.3981	6	0	80	Pared fina	
		060.506.3999	6	30	70	Pared fina	
		060.506.4005	6	40	50	Pared fina	
		060.506.4013	6	60	70	Pared fina	
		060.506.4021	6	60	80	Pared fina	
		060.506.4039	6	70	90	Pared fina	
		060.506.4047	7	0	40	Pared fina	
		060.506.4054	7	0	80	Pared fina	
		060.506.4062	7	40	50	Pared fina	
		060.506.4070	7	60	80	Pared fina	
		060.506.4088	8	0	40	Pared fina	
		060.506.4096	8	0	80	Pared fina	
		060.506.4104	8	30	40	Pared fina	
		060.506.4112	8	40	50	Pared fina	
		060.506.4120	8	70	80	Pared fina	
		060.506.4138	8	70	90	Pared fina	
		060.506.4146	6	5	20	Pared estándar, anillos integrados	
		060.506.4153	6	5	45	Pared estándar, anillos integrados	
		060.506.4161	6	10	20	Pared estándar, anillos integrados	
		060.506.4179	6	40	40	Pared estándar, anillos integrados	
		060.506.4187	4-6	38	45	Pared estándar, anillos integrados	
		060.506.4195	4-7	38	45	Pared estándar, anillos integrados	
		060.506.4203	6	40	40	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4211	6	60	60	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4229	6	80	80	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4237	7	40	40	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4245	7	60	60	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4252	7	80	80	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4260	8	40	40	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4278	8	60	60	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4286	8	80	80	Pared fina, anillos integrados	
		060.506.4294	3	N/A	5	Derivación pediátrica	
		060.506.4302	3	N/A	10	Derivación pediátrica	
		060.506.4310	3	N/A	15	Derivación pediátrica	
		060.506.4328	3.5	N/A	5	Derivación pediátrica	
		060.506.4336	3.5	N/A	10	Derivación pediátrica	
		060.506.4344	3.5	N/A	15	Derivación pediátrica	
		060.506.4351	4	N/A	5	Derivación pediátrica	
		060.506.4369	4	N/A	10	Derivación pediátrica	
		060.506.4377	4	N/A	15	Derivación pediátrica	
		060.506.4385	5	N/A	5	Derivación pediátrica	
		060.506.4393	5	N/A	10	Derivación pediátrica	
		060.506.4401	5	N/A	15	Derivación pediátrica	

060.506.4419	6	N/A	15	Derivación pediátrica		
SISTEMA DE RELLENO ÓSEO						

RELLENO ÓSEO SINTÉTICO	Los Gránulos son un Dispositivo médico estéril hecho de cristal bioactivo S53P4 (53% SiO ₂ , 23% Na ₂ O, 20% CaO y 4% P ₂ O ₅)
------------------------	---

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	Caja con charola conteniendo aplicador con gránulos y espátula.	Relleno de cavidades óseas en el tratamiento de Osteomielitis Crónica
	Tamaño gránulo Tamaño Unitario	
060.820.1521	0.5-0.8 mm 2.5 cc	
060.820.1539	0.5-0.8 mm 5 cc	
060.820.1547	1.0-2.0 mm 5 cc	
060.820.1554	1.0-2.0 mm 10 cc	
	Envase primario: Jeringa con aplicador de plástico	
	Envase secundario: Bolsa transparente. Caja de cartón con dispositivo e instructivo.	

MODIFICACIONES

(Se identifican por estar en letras cursivas y subrayadas)

OSTEOSÍNTESIS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
060.898.1924	<u>Tornillo o</u> microtornillo <u>autosujetante</u> para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
060.725.9413	Placa de adaptación de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: <u>20 o</u> 24. Pieza.
060.725.8886	<u>Placa o</u> microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de <u>0.2</u> mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
060.898.1866	<u>Tornillo o</u> microtornillo <u>autosujetante</u> para hueso cortical de emergencia de 1.3 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 11.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
060.898.1833	Tornillo <u>autosujetante</u> para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
060.898.1841	<u>Tornillo o</u> microtornillo <u>autosujetante</u> para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de <u>4.0 mm</u> a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza
060.899.8977	<u>Tornillo o</u> microtornillo <u>autosujetante</u> para hueso cortical autorroscante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1.2 mm a 1.7 mm. Longitud de 4.0 a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

	Pieza.
CLAVE	DESCRIPCIÓN
060.725.8027	Placas arqueadas <u>y bloqueadas con opción a corte</u> para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro.
060.725.8035	Número de orificios:
060.722.0027	3 + 3
060.722.0043	4 + 4
060.722.0050	4 + 8
060.722.0035	4 + 11 <u>y/o 7+23.</u>
060.725.8043	4 + 14 <u>y/o 7+23.</u>
060.725.8050	5 + 14 <u>y/o 7+23.</u>
	13 + 5 izquierda <u>y/o 7+23.</u>
	13 + 5 de derecha <u>y/o 7+23.</u>
	Pieza.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
060.725.7680	Placas para cirugía maxilofacial de <u>0.7 mm</u> a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	Pieza.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
060.725.8837	Placa de compresión dinámica de <u>1.2 mm</u> a 3.0 mm de espesor.
060.725.8845	Número de orificios:
060.725.8852	4 media luna.
060.725.8860	4 parte media ancha.
060.725.8878	5 parte media ancha.
	6 media luna.
	6 parte media ancha.
	Pieza.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
060.898.2575	Tornillos <u>autosujetantes</u> para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4 mm a 2.5 mm Longitud: <u>de 4.0</u> mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	Pieza.
060.899.9207	Tornillo <u>autosujetante</u> para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	Pieza.
060.899.9249	Tornillo <u>autosujetante</u> para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	Pieza.
060.899.9793	<u>Tornillos o</u> microtornillos <u>autosujetantes</u> de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	Pieza.

Ciudad de México, a 15 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Salubridad General, **José Ignacio Santos Preciado**.- Rúbrica.